



Marshall Testing Machine

1. รับแรงกด : 0 - 50 กิโลนิวตัน
2. ความละเอียด : 0.1 กิโลนิวตัน
3. โครงสร้างเสาเข็มยึดแน่นกับแท่นปลายด้านบนมีเกลียวสามารถปรับระยะได้
มีการเคลื่อนที่ความละเอียด : 0.01 มิลลิเมตร
4. อุณหภูมิการปฏิบัติงาน : -10 - 40 องศา
5. ทดสอบความเร็วที่ 50.8 มิลลิเมตร. / นาที
6. มาพร้อมชุดหัวทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว